WINKLER LTDA. Microbiología
www.winklerltda.cl
Fono: (56-2)242 65 00
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.
"Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos *in-vitro* y reactivos biológicos de diagnóstico"

Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 2 mL

634301 Caja con 50 tubos con 2 mL de suero listo para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.
Tubos de plástico polipropileno virgen de 8,5 cm de largo, de 10 mL de capacidad, graduado, con faldón y tapa rosca.

Composición (g / L):

Cloruro de sodio	9,0

pH: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de esterilidad
No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación

Producto no inyectable.

IVD DIAGNÓSTICO IN VITRO | REF Nº CÓDIGO | LOT Nº LOTE | ESTERIL ESTÉRIL | EXPIRA | TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | PROTEGER DE LA LUZ | PROTEGER DE HUMEDAD | FRÁGIL | NO USAR EMPAQUE DAÑADO | DESCARTAR | FABRICANTE | INSTRUCCIONES DE USO | Nº DE PRUEBAS