WINKLER LTDA. Microbiología
www.winklerltda.cl
Fono: (56-2)242 65 00
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.
"Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos *in-vitro* y reactivos biológicos de diagnóstico"
FT-0176 | Rev3 | 1/1

Torulin Dry Slim T'enT'- SS®

DM

635021 100 unidades de tubo de trasporte seco (Dry) sin medio y tórula Slim delgada estéril.

Utilizado para la recolección y transporte de muestras uretrales y pediátricas entre otras.

Tubo de transporte es fabricado en polipropileno con fondo redondo de Ø12 mm, altura 150 mm y estrechez Venturi.

Tórula con aplicador o punta fina de fibra sintética (poliéster) de Ø 2 mm de con mango delgado de aluminio (Slim) de 150 mm de largo aproximado.

Producto estéril envasado individualmente con etiqueta de Sello Seguro indicando lote y vencimiento.

Esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 4 años.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Conservar en empaque original y cerrar bolsa tras su uso.

Control de esterilidad
Sin desarrollo a 2 días de incubación a 35 ± 2 °C

Control de esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11737-2:2019.

IVD DIAGNÓSTICO IN VITRO | REF Nº CÓDIGO | LOT Nº LOTE | ESTERIL ESTÉRIL | EXPIRA | TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | PROTEGER DE LA LUZ | PROTEGER DE HUMEDAD | FRÁGIL | NO USAR EMPAQUE DAÑADO | DESCARTAR | FABRICANTE | INSTRUCCIONES DE USO | Nº DE PRUEBAS