WINKLER LTDA. Microbiología
www.winklerltda.cl
Fono: (56-2)242 65 00
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.
"Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos *in-vitro* y reactivos biológicos de diagnóstico"

FT-0182 | Rev3 | 1/1

Torulin con medio de transporte Gel Fisiológico T'enT'- SS®

DM

635133 — 100 unidades de tubo de trasporte con 4 mL de columna gel fisiológico y tórula de fibra sintética estéril individual.

Medio para transporte y cultivo de secreciones vaginales e identificación de *Trichomonas spp.*
Se utiliza para el examen directo de secreciones vaginales y uretrales en las cuales se debe investigar la presencia de *Trichomonas vaginalis.* La concentración apropiada de sales, el óptimo pH del medio, aunado a la inclusión de agarosa en éste lo hace el medio de preferencia para la observación directa de secreciones. *Trichomonas vaginalis* puede permanecer vivo hasta por 6 horas a 37ºC después de obtenida la muestra.
El tubo de transporte es fabricado en polipropileno con fondo redondo de Ø 12 mm, altura 150 mm y estrechez Venturi.
Tórula con aplicador o punta de fibra sintética de Ø 5 mm con mango plástico no quebrable de 150 mm de largo aproximado.
Producto estéril envasado individualmente con etiqueta de Sello Seguro indicando lote y vencimiento.
Medio esterilizado por autoclavado. Producto final esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 2 años.

Composición (g / L):

Cloruro de sodio	9,0
Agar bacteriológico	5,0

pH final del medio de cultivo listo para su uso: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Posteriormente a cada uso volver a sellar la bolsa. Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad y esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014 e ISO11737-2:2019.

Resultados esperados de preservación de la muestra hasta 2 días.

Funcionalidad cualitativa

Cepa control	ATCC	Desarrollo			
		0 h	8 h	24 h	48 h
S. aureus	6538	A	A	A	A
E. faecalis	33186	A	A	A	A
T. vaginalis	-	V	V	V	

Control de esterilidad

Sin desarrollo a 10 días de incubación a 25 ± 2 °C

A = Abundante
V = Viables

IVD — DIAGNÓSTICO IN VITRO
REF — Nº CÓDIGO
LOT — Nº LOTE
ESTERIL — ESTÉRIL
EXPIRA
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO
PROTEGER DE LA LUZ
PROTEGER DE HUMEDAD
FRÁGIL
NO USAR EMPAQUE DAÑADO
DESCARTAR
FABRICANTE
INSTRUCCIONES DE USO
Nº DE PRUEBAS