WINKLER LTDA. Microbiología
www.winklerltda.cl
Fono: (56-2)242 65 00
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.
"Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos *in-vitro* y reactivos biológicos de diagnóstico"

Agar Papa dextrosa (PDA) placa 5 cm

638141 Caja con 10 unidades de placas con medio de cultivo listo para su uso.

Medio de cultivo, aislamiento y enumeración de hongos y levaduras en alimentos y otras muestras biológicas.
Este medio cumple con las recomendaciones de American Public Health association for Foods (1993) y la USP (2003).
Los carbohidratos y la infusión de papa promueven el crecimiento de hongos y levaduras mientras el pH bajo inhibe el crecimiento de la flora acompañante. Si el medio se utiliza para recuento el pH debe ajustarse a aproximadamente 3,5. Los hongos desarrollaran su morfología típica en este medio.
Placas desechables de Ø 5 cm aproximado.



Composición (g / L):

Infusión de patata	4,0
D(+)-Glucosa	20,0
Agar bacteriológico	15,0

pH: 5,6 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Durante el transporte (72 hrs), conservar fresco de 5 a 25 ºC.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014. Resultados esperados de 7 días de incubación a 22 ± 2 °C.

Funcionalidad cualitativa			
Cepas control	**ATCC**	**Desarrollo**	**% Recuperación**
Candida albicans	10231	Muy bueno	Sobre 75%
Penicillium spp	-	Muy bueno	Sobre 70%
Aspergillus niger	16404	Muy bueno	Sobre 70%
Control de esterilidad			
No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación			

IVD DIAGNÓSTICO IN VITRO | REF Nº CÓDIGO | LOT Nº LOTE | ESTERIL ESTÉRIL | EXPIRA | TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | PROTEGER DE LA LUZ | PROTEGER DE HUMEDAD | FRÁGIL | NO USAR EMPAQUE DAÑADO | DESCARTAR | FABRICANTE | INSTRUCCIONES DE USO | Nº DE PRUEBAS