



WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

Buffer Fosfato PBS TCA

Código de referencia: 634302

Presentación:

Kit de 50 tubos plástico con faldón y tapa rosca (TCA) con 1 ml de solución lista para su uso.

Descripción:

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.



Composición (g / l):

NaCl (137 mmol/l)	8,0
KCl (2,7 mmol/l)	0,2
Na ₂ HPO ₄ (10 mmol/l)	1,44
KH ₂ PO ₄ (1,8 mmol/l)	0,24
pH final de la solución lista para su uso:	7,4 ± 0,2.

Preparado:

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad:

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de Esterilidad:

No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación a 35 °C.