



**WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología**

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

**“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”**

## Buffer Fosfato PBS TCA

**Código de referencia:** 634303

**Presentación:**

Kit de 50 tubos plástico con faldón y tapa rosca (TCA) con 2 ml de solución lista para su uso.

**Descripción:**

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.



**Composición (g / l):**

NaCl (137 mmol/l)	8,0
KCl (2,7 mmol/l)	0,2
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> (10 mmol/l)	1,44
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (1,8 mmol/l)	0,24
pH final de la solución lista para su uso:	7,4 ± 0,2.

**Preparado:**

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

**Conservación:**

Conservar en un lugar fresco y seco hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

**Control de calidad:**

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

**Control de Esterilidad:**

No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación a 35 °C.