



WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

## Agar KB placa 10 cm


**Código de referencia:** 638006

**Presentación:**

Medio de cultivo listo para su uso, paquetes de 10 unidades de placas de 10 cm diámetro.

**Descripción:**

Medio uso para aislamiento de bacterias desde tejido vegetal.



**Composición (g / l):**

Bacto triptona 20,0

Agar bacteriológico 20,0

**Suplementos (g - ml / l):**

K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 1,5

MgSO<sub>4</sub>-7 H<sub>2</sub>O 1,5

Glicerol 10,0

pH final del medio de cultivo listo para su uso:  
7,0 ± 0,2.

**Preparado:**

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

**Conservación:**

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

**Control de calidad:**

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

**Control de Esterilidad:**

A 37 °C por 48 horas: NEGATIVO

A 22 °C por 10 días: NEGATIVO

**Incubación:**

Aeróbica a 22 °C por 14 días, examinando cada 48 horas. en busca de colonias de *P. salmonis*.