



WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

Agar MT placa 10 cm

Código de referencia: 638007

Presentación:

Medio de cultivo listo para su uso, paquetes de 10 unidades de placas de 10 cm diámetro.

Descripción:

Medio uso para aislamiento de bacterias desde tejido vegetal.



Composición (g / l):

CaCl ₂	0,25
Bacto triptona	10,0
L-Tirosina	0,5
Agar bacteriológico	15,0

Suplementos (ml / l):

Leche descremada	100,0
Tween 80	10,0

Inhibidor (mg / l):

Cefalexina	80,0
Cicloheximida	200,0
Vancomicina	10,0

pH final del medio de cultivo listo para su uso:
7,0 ± 0,2.

Preparado:

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad:

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de Esterilidad:

A 37 °C por 48 horas: NEGATIVO
A 22 °C por 10 días: NEGATIVO

Incubación:

Aeróbica a 22 °C por 14 días, examinando cada 48 horas. en busca de colonias de *P. salmonis*.