



WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

## Agar Soya Trypticase (TSA) placa 10 cm


**Código de referencia:** 638091

**Presentación:**

Medio de cultivo listo para su uso, paquetes de 10 unidades de placas de 10 cm diámetro.

**Descripción:**

Medio multipropósito para el cultivo de una variedad de microorganismos exigentes y no exigentes incluidas las bacterias anaerobias y aerobias.



**Composición (g / l):**

Peptona de soya	5,0
Caseína	15,0
Cloruro de sodio	5,0
Agar bacteriológico	13,5

pH final del medio de cultivo listo para su uso:  
 $7,3 \pm 0,2$ .

**Preparado:**

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

**Conservación:**

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

**Control de calidad:**

Resultados esperados hasta 24 horas de incubación a 35 °C.

Cepa control	ATCC	Desarrollo	% de recup.
<i>E. coli</i>	11775	Bueno	> 75%
<i>B. subtilis</i>	6633	Bueno	> 80%
<i>C. albicans</i>	10231	Bueno	> 70%
<i>P. aeruginosa</i>	27853	Bueno	> 80%
<i>S. aureus</i>	6538	Bueno	> 75%

**Control de Esterilidad:**

No hubo desarrollo a 48 horas de incubación.